

BARBOSA DE BRITO, RUI**Relatório de resumo**

Data de nasc:	30/10/1951	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	27/10/2025 - 25/11/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	25/06/2025
ID do paciente:	RUI BARBOSA DE BR...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624624F5F6				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 27/10/2025 - 25/11/2025**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	27/10/2025 - 25/11/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	28 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	93,3%
Uso acumulado	8 dias 3horas. 58 min. 33 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 1 min. 19 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 31 min. 57 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 59 min. 56 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4horas. 59 min. 7 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	93,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	6,7%
Tempo total com soprador	8 dias 3horas. 58 min. 40 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,2 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	10,6 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	11,4 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	1,5




Definições do Dispositivo a partir de 25/11/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	5 cmH ₂ O
Pressão máx.	12 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

