


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                      | 05/08/2025 - 03/09/2025 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 26/30 dias (87%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 25 dias (83%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 1 dias (3%)          |                         |
| Horas de utilização                                          | 173 horas 55 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 5 horas 48 minutos   |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 6 horas 41 minutos   |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 19 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 03/09/2025) | 5,413 horas          |                         |

| AirSense 10 Elite |              |
|-------------------|--------------|
| Número de série   | 22201059972  |
| Modo              | CPAP         |
| Pressão definida  | 9.8 cmH2O    |
| EPR               | Apenas rampa |
| Nível de EPR      | 2            |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 9.0   | Percentil 95.º: 31.1 | Máximo: 77.1 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.3        | IH: 0.1              | IAH: 0.4     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.0   | Obstrutiva: 0.1      | Desconhecid  | 0.2 |
| Índice RERA                                        | 0.1            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização



# Relatório de terapia

AirSense 10 Elite

NS: 22201059972

## Utilização (horas)

Dias de utilização **26/30 (87 %)**

>= 4 horas dias

25 (83 %)


< 4 horas dias

1 (3 %)

Dias sem utilização **4 (13 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,7 h**



## Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **77,1**

% 95.º (méd.) **31,1**

Mediana (méd.) **9,0**

Mirage FX

Padrão




## Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Pressão definida **9,8**



## IAH (eventos/hora)

IAH **0.4**

IH **0.1**

IA **0.3**

IAC **0.0**

IAO **0.1**

IAD **0.2**

RERA **0.1**

%RCS (méd.) **0.0**

