


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/03/2026 - 26/04/2026
Dias de utilização	38/38 dias (100%)	
>= 4 horas	35 dias (92%)	
< 4 horas	3 dias (8%)	
Horas de utilização	257 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 47 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 47 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 6 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/04/2026)	2,150 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217548
Modo	CPAP
Pressão definida	6.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 20.7
Eventos por hora	IAH: 1.1

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217548


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

