


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/07/2025 - 26/08/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	224 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 29 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/08/2025)	486 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217548
Modo	CPAP
Pressão definida	6.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 22.0
Eventos por hora	IAH: 1.2

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217548


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

