


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/02/2026 - 05/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	200 horas 32 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 41 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 41 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 59 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/03/2026)	1,041 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22232865103
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 3.5
Eventos por hora	IAH: 2.1

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22232865103

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias **28 (93 %)**
< 4 horas dias **2 (7 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,7 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) **3,5**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **7,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **2.1**

