


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 05/08/2025 - 03/09/2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 30/30 dias (100%)   |                         |
| >= 4 horas                                                   | 30 dias (100%)      |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 240 horas 9 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 8 horas 0 minutos   |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 8 horas 0 minutos   |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 7 horas 58 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 03/09/2025) | 10,213 horas        |                         |

| AirSense 10 CPAP |             |
|------------------|-------------|
| Número de série  | 22211129174 |
| Modo             | CPAP        |
| Pressão definida | 12.4 cmH2O  |
| EPR              | Tempo total |
| Nível de EPR     | 2           |

| Terapia          |                      |
|------------------|----------------------|
| Fugas — l/min    | Percentil 95.º: 12.9 |
| Eventos por hora | IAH: 0.2             |

## Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22211129174


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

