


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/09/2025 - 21/09/2025
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		48 horas 7 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 52 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 52 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 49 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/09/2025)		3,435 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653877
Modo	CPAP
Pressão definida	6.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 14.4	Máximo: 36.3	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.1	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA				0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653877

Utilização (horas)


Dias de utilização **7/7 (100 %)**
>= 4 horas dias **7 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,9 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **36,3**
% 95.º (méd.) **14,4**
Mediana (méd.) **1,2**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **0.6**
IH **0.1**
IA **0.5**
IAC **0.3**
IAO **0.2**
IAD **0.1**
RERA **0.3**
%RCS (méd.) **0.0**

