


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/09/2025 - 04/10/2025
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		47 horas 35 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 48 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 48 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 48 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/10/2025)		5,534 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549748
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 19.2	Percentil 95.º: 37.9	Máximo: 47.0	
Eventos por hora	IA: 2.9	IH: 0.0	IAH: 2.9	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 2.3	Desconhecid	0.6
Índice RERA				0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549748


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

