


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/01/2026 - 07/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	227 horas 31 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 35 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 35 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 45 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/02/2026)	6,443 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549748
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 18.7	Máximo: 26.0	
Eventos por hora	IA: 2.2	IH: 0.1	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 1.9	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549748

Utilização (horas)



Fuga (l/min)

