


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/09/2025 - 22/09/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	44 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 55 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/09/2025)	5,452 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549748
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.0	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 10.3	
Fugas — l/min	Mediana: 15.8	Percentil 95.º: 37.0	Máximo: 46.6	
Eventos por hora	IA: 7.6	IH: 0.0	IAH: 7.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 5.3	Desconhecid	2.2
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549748


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

