


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/09/2025 - 14/09/2025
Dias de utilização	6/7 dias (86%)	
>= 4 horas	1 dias (14%)	
< 4 horas	5 dias (71%)	
Horas de utilização	21 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)	1,996 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882363
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.0	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 17.8	Percentil 95.º: 25.0	Máximo: 32.0	
Eventos por hora	IA: 4.8	IH: 2.3	IAH: 7.1	
Índice de apneia	Central: 1.3	Obstrutiva: 3.1	Desconhecid	0.2
Índice RERA	2.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882363

Utilização (horas)

Dias de utilização6/7 (86 %)


>= 4 horas dias1 (14 %)

< 4 horas dias5 (71 %)

Dias sem utilização0 (0 %)

Dias sem dados1 (14 %)

Utilização/dia (méd.)3,5 h




Fuga (l/min)

Limite definido24,0 L/min

Máximo (méd.)32,0

% 95.º (méd.)25,0

Mediana (méd.)17,8



Pressão (cmH2O)

ModoAutoSet

Definir EPRApenas rampa, 1.0


Definir pressão máx.10,0

Definir pressão mín.4,0

Máximo (méd.)10,0

% 95.º (méd.)9,9

Mediana (méd.)9,0



IAH (eventos/hora)

IAH7.1

IH2.3

IA4.8

IAC1,3

IAO3,1

IAD0,2

RERA2,8

%RCS (méd.)0.0

