


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/10/2025 - 19/10/2025
Dias de utilização	11/13 dias (85%)	
>= 4 horas	3 dias (23%)	
< 4 horas	8 dias (62%)	
Horas de utilização	27 horas 37 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 7 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 16 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/10/2025)	3,511 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291886
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 4.9	Percentil 95.º: 19.6	Máximo: 27.3	
Eventos por hora	IA: 15.3	IH: 0.8	IAH: 16.1	
Índice de apneia	Central: 14.4	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.7
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291886

