


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/10/2025 - 27/10/2025
Dias de utilização		6/7 dias (86%)
>= 4 horas		3 dias (43%)
< 4 horas		3 dias (43%)
Horas de utilização		24 horas 17 minutos
Utilização média (total de dias)		3 horas 28 minutos
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 3 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		3 horas 53 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/10/2025)		3,536 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291886
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 16.8	Percentil 95.º: 31.2	Máximo: 37.4	
Eventos por hora	IA: 6.9	IH: 0.3	IAH: 7.2	
Índice de apneia	Central: 5.9	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.7
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291886


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

