

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo

Telefone: —

Identificação Paciente: —

E-mail: —

Data de Nascimento: 04 nov 1949

Sexo: —

Médico: —

Telefone: —

Média de IAH:

1,2

Média de Utilização
(h:min):

5:52

Adesão Tto.*:

79 %

* Últimos 28 Dias

% noites de utilização
CPAP ≥4 horas a partir de
13 out 2025

EQUIPAMENTOS

EM 09 nov 2025

Modelo: SleepStyle Auto

Umidif.: 4,0

Nº de Série: 201132T8B

Alívio Expiratório: 2 cmH₂O

Modo: Auto

SensAwake: Desligado

Pressão Mín.
Ajustada: 6,0 cmH₂O

Pressão Máx.
Ajustada: 9,0 cmH₂O

ADESÃO AO
TRATAMENTO

PERÍODO DE 28 DIAS

13 out 2025 - 09 nov 2025

INÍCIO DA TERAPIA

05 out 2021 - 09 nov 2025

Total de Dias:

Utilização: 26 (93 %)

1018 (68 %)

Utilização ≥ 4 horas: 22 (79 %)

984 (66 %)

Não Utilizado: 2 (7 %)

479 (32 %)

Média de Utilização (Dias em
Terapia):

6:19

7:18

Média de Utilização (Todos os
Dias):

5:52

4:58

Total Func.:

164:24

7438:06

EFICÁCIA**

IAH: 1,2

Duração das Apneias: 11 s

IAC: 0,1

Pressão: 6 cmH₂O

Pressão de 90º Percentil: 6,5 cmH₂O

À Pressão Máxima: 0 %

Vazamento do Sistema: 22 L/min

Vazamento no 90º Percentil: 31 L/min

Vazamento Alto: 0 %

Nº de Ativações do SensAwake: 0 por noite

SensAwake Ligado: 0 %

AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 23 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 5:52


Dias de Utilização: 93 %

■ Total Func.

■ Total de Utilização

■ Utilização <4 h

..... Umidif.



DADOS DO PACIENTE

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo

Telefone: —

Identificação Paciente: —

E-mail: —

Data de Nascimento: 04 nov 1949

Sexo: —

IAH

Eventos por hora

IAH: 1,2


IAC: 0,1

IAO: 0,1

IH: 1,0

IAH Total

IAH = 5



PRESSÃO

cmH₂O

Média: 6,0


90º Percentil: 6,5

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min


Média: 22

90º Percentil: 31

Média

90º Percentil

Vazamento Alto



UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 5:52


Dias de Utilização: 93 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h


Umidif.



RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: JOSE FREDERICO Carvalho De Bacigalupo Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949 Sexo: —


Histórico de Prescrições



03 nov 2025
seg 03 nov 2025 22:52 -
ter 04 nov 2025 06:32


Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949
Sexo: —

TEMPO FUNC.




EVENTOS

IAH: 1,0
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 5
IH: 0,7
Apneias centrais: 2
IAC: 0,3
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 24
90º Percentil: 35
Vazamento Alto*: 0 %




TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	422	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04 nov 2025
ter 04 nov 2025 22:34 -
qua 05 nov 2025 03:22


Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949
Sexo: —

TEMPO FUNC.




EVENTOS

IAH: 0,8
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 3
IH: 0,6
Apneias centrais: 1
IAC: 0,2
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90° Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 24
90° Percentil: 32
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	274	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06 nov 2025


qui 06 nov 2025 22:18 -
sex 07 nov 2025 03:12

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 4:54
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 1,0
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 4
IH: 0,8
Apneias centrais: 1
IAC: 0,2
Limitações de Fluxo: 1
Limitações de Fluxo (/h): 0,2
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0



PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90° Percentil: 6,5
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 24
90° Percentil: 33
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	260	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

07 nov 2025


sex 07 nov 2025 23:00 -
sáb 08 nov 2025 06:48

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 7:48
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 0,8
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 5
IH: 0,7
Apneias centrais: 1
IAC: 0,1
Limitações de Fluxo: 1
Limitações de Fluxo (/h): 0,1
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0



PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 22
90º Percentil: 31
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	434	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 nov 2025


sáb 08 nov 2025 23:36 -
dom 09 nov 2025 06:06

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Identificação Paciente: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949

Telefone: —
E-mail: —
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 6:30
% de Utilização: 100 %




EVENTOS

IAH: 1,3
Apneia obstrutiva: 2
IAO: 0,3
Hipopneias: 5
IH: 0,8
Apneias centrais: 1
IAC: 0,2
Limitações de Fluxo: 0
Limitações de Fluxo (/h): 0,0
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90° Percentil: 6,0
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 19
90° Percentil: 31
Vazamento Alto*: 0 %




TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	358	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 nov 2025
dom 09 nov 2025 22:22 -
seg 10 nov 2025 06:22


Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949
Sexo: —

TEMPO FUNC.




EVENTOS

IAH: 1,3
Apneia obstrutiva: 0
IAO: 0,0
Hipopneias: 10
IH: 1,3
Apneias centrais: 0
IAC: 0,0
Limitações de Fluxo: 2
Limitações de Fluxo (/h): 0,3
SensAwake-Total: 0
SensAwake (/h): 0,0




PRESSÃO

cmH₂O
Mediana: 6,0
90º Percentil: 6,5
Tempo de Rampa
Min / Máx



VAZAMENTO SIST.

l/min
Mediana: 20
90º Percentil: 31
Vazamento Alto*: 0 %



TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	0	420	44	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANÁLISE DE 26 DIAS

Nome: JOSE FREDERICO
Carvalho De Bacigalupo
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 04 nov 1949
Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
13 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:48	8:48	1,0	0,1	----	----	2	6,5	7,5	30
14 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:12	8:12	1,4	0,3	----	----	2	7,0	9,0	28
15 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:24	7:24	1,0	0,0	----	----	2	6,5	7,5	28
16 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	2:42	2:42	1,9	0,4	----	----	2	7,0	8,5	47
17 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:42	6:42	0,8	0,1	----	----	2	6,0	8,0	38
18 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:48	6:48	0,4	0,0	----	----	2	6,0	7,0	45
19 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	3:42	3:42	2,2	0,0	----	----	2	7,5	9,0	28
20 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:54	8:54	1,0	0,1	----	----	2	6,5	8,0	29
21 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:12	6:12	1,7	0,0	----	----	2	7,5	9,0	28
22 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:00	8:00	1,1	0,1	----	----	2	7,0	9,0	29
23 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:42	6:42	1,0	0,0	----	----	2	6,0	8,5	29
24 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:42	7:42	1,4	0,3	----	----	2	6,0	8,5	31
25 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:36	7:36	1,3	0,0	----	----	2	6,5	8,5	29
26 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:48	5:48	0,9	0,0	----	----	2	6,5	8,0	24
27 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:06	7:06	1,2	0,0	----	----	2	7,0	8,5	28
28 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	3:42	3:42	0,5	0,0	----	----	2	6,0	7,0	22
29 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:54	6:54	1,0	0,1	----	----	2	6,5	9,0	31
30 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:48	5:48	0,9	0,0	----	----	2	6,0	8,5	34
31 out 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	5:30	5:30	1,3	0,2	----	----	2	6,0	7,5	32
02 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	0:42	0:42	2,8	0,0	----	----	2	6,5	7,0	26
03 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:30	7:30	1,0	0,3	----	----	2	6,0	7,5	35
04 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	4:48	4:48	0,8	0,2	----	----	2	6,0	7,0	32
06 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	4:54	4:54	1,0	0,2	----	----	2	6,5	7,0	33
07 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	7:48	7:48	0,8	0,1	----	----	2	6,0	7,5	31
08 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	6:30	6:30	1,3	0,2	----	----	2	6,0	7,0	31
09 nov 2025	Auto	Min. 6,0 Máx. 9,0	4,0	0	8:00	8:00	1,3	0,0	----	----	2	6,5	9,0	31