


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/08/2025 - 14/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	233 horas 11 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 46 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)	8,863 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211841281
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.0	Percentil 95.º: 10.5	Máximo: 10.6	
Fugas — l/min	Mediana: 14.3	Percentil 95.º: 36.1	Máximo: 46.9	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.8	IAH: 1.0	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211841281


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

