


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/02/2026 - 22/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	228 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 37 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 37 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/03/2026)	10,224 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211841281
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.4	Percentil 95.º: 10.4	Máximo: 10.6	
Fugas — l/min	Mediana: 23.7	Percentil 95.º: 41.0	Máximo: 54.4	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.6	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	2.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22211841281

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**

>= 4 horas dias

30 (100 %)

< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização


0 (0 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)

7,6 h



Fuga (l/min)

Limite definido

24,0 L/min

Máximo (méd.)


54,4

% 95.º (méd.)

41,0

Mediana (méd.)

23,7



Pressão (cmH2O)

Modo

AutoSet

Definir EPR

Apenas rampa, 2.0

Definir pressão máx.

10,6

Definir pressão mín.

6,0

Máximo (méd.)


10,6

% 95.º (méd.)

10,4

Mediana (méd.)

9,4



IAH (eventos/hora)

IAH

0.8

IH

0.6

IA

0.2

IAC

0.2

IAO

0.0

IAD

0.0

RERA

2.0

%RCS (méd.)

0.0

