

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

16/08/2025 - 14/09/2025

Dias de utilização		28/30 dias (93%)	
>= 4 horas		27 dias (90%)	
< 4 horas		1 dias (3%)	
Horas de utilização		180 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)		6 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 28 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 28 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)		5,856 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22221550693	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		5 cmH2O	
Pressão máx.		8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		2	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 7.4	Máximo: 7.8
Fugas — l/min	Mediana: 1.3	Percentil 95.º: 14.1	Máximo: 21.2
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.2	IAH: 0.9
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.1		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221550693


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

