

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

31/08/2025 - 29/09/2025

Dias de utilização	26/30 dias (87%)
>= 4 horas	8 dias (27%)
< 4 horas	18 dias (60%)
Horas de utilização	71 horas 56 minutos
Utilização média (total de dias)	2 horas 24 minutos
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 46 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 34 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/09/2025)	3,568 horas


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22211100268
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia

Fugas — l/min	Mediana: 29.9	Percentil 95.º: 39.9	Máximo: 42.4
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.4	IAH: 0.6
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid 0.1
Índice RERA	0.4		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)		

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211100268


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

