

KOIDE, IVONETI**Relatório de resumo**

Data de nasc: 10/07/1957

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 10/10/2025 - 08/11/2025

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA
São José dos Campos, SP 12243690

Data de configuração: 29/09/2023

ID do paciente: IVONETIKOIDE44321...

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Telefone:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J34923279F10C

Equipa de cuidados médicosMATOS E FARIA, ANA FARIA E MATOS COMERCIO DE
CLAUDIA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDRUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA**Informações de aderência à terapêutica** 10/10/2025 - 08/11/2025**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	10/10/2025 - 08/11/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	8 dias 4 horas. 33 min. 4 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8 horas. 19 min. 47 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6 horas. 33 min. 6 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6 horas. 33 min. 6 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3 horas. 11 min. 35 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	96,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	3,3%
Tempo total com soprador	8 dias 4 horas. 33 min. 14 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,6 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	9,4 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,4 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	21 min. 48 segundos.
Média de IAH	4,3




Definições do Dispositivo a partir de 08/11/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6,5 cmH ₂ O
Pressão máx.	10 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	2
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Desativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

Não existem dados disponíveis

