

KOIDE, IVONETI**Relatório de resumo**

Data de nasc: 10/07/1957

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 23/12/2025 - 21/01/2026

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA
São José dos Campos, SP 12243690

Data de configuração: 29/09/2023

ID do paciente: IVONETIKOIDE44321...

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Telefone:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J34923279F10C

Equipa de cuidados médicosMATOS E FARIA, ANA
CLAUDIAFARIA E MATOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDRUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA**Informações de aderência à terapêutica** 23/12/2025 - 21/01/2026**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	23/12/2025 - 21/01/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	7 dias
Dias sem uso do aparelho	23 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	23,3%
Uso acumulado	1 dia 8 horas. 52 min. 47 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7 horas. 36 min. 35 segundos.
Média de uso (todos os dias)	1 horas. 5 min. 45 segundos.
Média de uso (dias de uso)	4 horas. 41 min. 49 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	29 min. 30 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	16,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	83,3%
Tempo total com soprador	1 dia 9 horas. 1 min. 49 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,1 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,9 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	10,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	3,0




Definições do Dispositivo a partir de 21/01/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6,5 cmH ₂ O
Pressão máx.	10 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	2
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Desativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

