


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/08/2025 - 15/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	171 horas 12 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 42 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 49 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/09/2025)	10,822 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191679452
Modo	CPAP
Pressão definida	10 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 13.4	Máximo: 20.8	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 0.3	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191679452


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

