

Data de nasc:	20/12/1953	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	10/09/2025 - 16/09/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	17/09/2025
ID do paciente:				Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J25750431FE24				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 10/09/2025 - 16/09/2025**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	10/09/2025 - 16/09/2025 (7 dias)
Dias com uso do aparelho	7 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	2 dias 9 horas. 15 min. 1 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9 horas. 20 min. 44 segundos.
Média de uso (todos os dias)	8 horas. 10 min. 43 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8 horas. 10 min. 43 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	6 horas. 55 min. 42 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	2 dias 9 horas. 15 min. 9 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	6,5 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	7,9 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	9 segundos.
Média de IAH	4,6


Definições do Dispositivo a partir de 16/09/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	1
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

