


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/08/2025 - 14/09/2025
Dias de utilização		24/30 dias (80%)
>= 4 horas		24 dias (80%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		178 horas 40 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 57 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 27 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 25 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)		10,251 horas

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22201674778
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 13.7
Eventos por hora	IAH: 0.3

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 CPAP

NS: 22201674778

Utilização (horas)

Dias de utilização **24/30 (80 %)**


>= 4 horas dias **24 (80 %)**

< 4 horas dias **0 (0 %)**

Dias sem utilização **6 (20 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,4 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

% 95.º (méd.) **13,7**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Pressão definida **7,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.3**

