


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/01/2026 - 08/02/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	218 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 18 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 33 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/02/2026)	2,341 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881583
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 8.3	Percentil 95.º: 29.5	Máximo: 37.9	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.3	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881583


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

