


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/04/2026 - 06/05/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	218 horas 28 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 17 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 43 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/05/2026)	12,107 horas	

AirSense 10 Elite	
Número de série	22201060000
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 2.4	Percentil 95.º: 7.3	Máximo: 11.6	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.2	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 Elite

NS: 22201060000

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**

>= 4 horas dias

29 (97 %)


< 4 horas dias

1 (3 %)

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,3 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **11,6**

% 95.º (méd.) **7,3**

Mediana (méd.) **2,4**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Tempo total, 2.0**

Pressão definida **7,6**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.4**

IH **0.2**

IA **1.2**

IAC **0,0**

IAO **1,1**

IAD **0,0**

RERA **0,6**

%RCS (méd.) **0.0**

