

JUCILEIA AGUIAR	
HD:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	Dr. Carlos Magalhães.
MEDICAMENTO	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	38 cm
PA:	
OXIMETRIA:	
Bem adaptada, sem queixas.	
M. de uso: 6h 16' IAH: 1.9 Fuga: 0s.	
↑ P: 7.5 ↑ umidif. p/3	
02/06	P: 7.5cm 5h 35'
21	IAH: 1.7/lr Fuga: 0.0 Jua.
11/08	P: 7.5 IAH: 1.8/lr Fuga: 4' Jua
29/09	P: 7.6 cmH ₂ O IAH: 1.3 M. de uso: 6h 18 2 meses Jua
23/11	P: 7.6 IAH: 1.1 M. de uso: 6h Bem adaptada Jua
26/01	P: 7.4 IAH: 1.9 M. de uso: 6h 40' Jua
25/04	P: 7.6 cmH ₂ O IAH: 1.8 M. de uso: 6h 50' Fuga: 1.3 l/min Jua
25/05	P: 7.5 cmH ₂ O IAH: 1.57/lr M. de uso: 7h 25' Bem adaptada Jua
10/06	P: 7.6 cmH ₂ O IAH: 1.57/lr M. de uso: 7h Jua

28/07
22 P = 7.5 cmH₂O
JAH = 1.7 l/ev

M. de uso: 7h52'
Tere crise de labirintite, mas já
está melhor.

23/09
22 P = 7.5 cmH₂O
JAH = 1.5 l/ev
M. de uso: 7h40'
Bem adaptada

21/12
22 P = 7.5 cmH₂O
JAH = 1.2 l/ev
M. de uso: 7h30'
Fuga = 7.2 l/min, Bem adaptada - Jua

16/02
23 P = 7.6 cmH₂O
M. de uso: 7h42'
JAH = 1.7 l/ev
Fuga = 5.0 l/min.
Oriento e uso max h₂O. — Jua

18/04
23 P = 7.6 cmH₂O
M. de uso: 7h43'
JAH = 1.5 l/ev
Fuga = 1.7 l/min.
Bem adaptada.
medicamento { Acetazoliz / acetil
fardiacos
Vit. D. - Vit. p/ ossos.
Omega 3
(Repetir o apênia link) suspeito: glaucoma.

22/06
23 P = 7.6 cmH₂O
JAH = 1.4 l/ev
M. de uso: 7h20'
Bem adaptada, cf unid. condensado (Aue)

26/10
23 P = 7.6 cmH₂O
JAH = 1.7 l/ev
Fuga = 1.2 l/ev
Bem adaptada. Jua.

21/12
23 P = 7.6 cmH₂O
JAH = 1.6 l/ev
M. de uso: 7h22'
Bem adaptada. Jua.

22/02 24	M. de uso: 7:30 $P = 7.6 \text{ cmHg}$ $IAH = 1.7 \text{ e/ev}$ fuga = 1.9 lpm.	Bem adaptada fua.
18/04 24	$P = 7.6 \text{ cmHg}$ $IAH = 1.8 \text{ e/ev}$ M. de uso: 7h32'	fua
04/07 24	$P = 7.6 \text{ cmHg}$ $IAH = 1.4 \text{ e/ev}$ M. de uso: 7h32' Fuga = 5.9	fua.
05/09 24	$P = 7.6 \text{ cmHg}$ $IAH = 1.4 \text{ e/h}$ m de uso: 7h27' fuga: 2.3 l/m	Bem adaptada s/ queixos Natacha
06/11 24	$P = 7.6 \text{ cmHg}$ $IAH = 2.0 \text{ e/ev}$ m. de uso = 7h46' fuga = 5.9 lpm	Com crise reumática Relata melhora da palpitação fua
20/02/25	$P = 7.6 \text{ cmHg}$ $IAH = 1.7 \text{ e/h}$ m de uso: 7h57' fuga: 2.0 l/m	Bem adaptada Relata que parou atividade física devido a artrite Oriente retorno ao Pilates Natacha
24/04 25	$P = 7.6 \text{ cmHg}$ $IAH = 1.6 \text{ e/h}$ m de uso: 7h34' fuga: 6.7 l/m	Natacha
25/06/25	$P = 7.6 \text{ cmHg}$ $IAH = 1.2 \text{ e/h}$ m de uso: 8h16' fuga: 8.2 l/m	Muito Bem adaptada Natacha

ApneaLink - Relatório de 25/02/2021 15:41

Médico responsável pelo tratamento

Encaminhar a

Dados do paciente

Nome: JUCILEIA
 Nome: AGUIAS
 Rua:
 Código postal, Cidade:
 Telefone:


ID paciente:
 Data de nasc.: 14/09/1962
 Altura: 153 cm
 Peso: 79 kg
 BMI: 33.7 kg/m²

Registro

Data: 24/02/2021
 Iniciar: 23:20
 Terminar: 04:30
 Duração: 5 h 10 min.

Avaliação

Iniciar: 23:30
 Terminar: 04:28
 Duração: 3 h 51 min.



* Consultar o manual clínico para obter informações sobre as abreviaturas e os parâmetros padrão do ResMed

Análise (Período de avaliação do fluxo: 3 h 51 min. / Período de avaliação do SpO₂: 5 h 0 min.)

Índices	Normal	Resultado	
IAH*: 10.4	< 5 / h	Média de respirações por minuto [rpm]: 13.80	
IR*: 13.8	< 5	Respirações: 3194	
Índice de apnéia: 1.6	< 5 / h	Apnéias: 6	
IAI: 0		Apnéias indeterminadas: 0 (0%)	
IAO: 1.6		Apnéias obstrutivas: 6 (100%)	
IAC: 0		Apnéias centrais: 0 (0%)	
IAM: 0		Apnéias mistas: 0 (0%)	
Índice de hipopnéia: 8.8	< 5 / h	Hipopnéias: 34	
% de limite de fluxo Rp sem Rs (Lf): 30	< Aprox. 60	Limitação de fluxo. Rp sem Rs (Lf): 944	
% de limite de fluxo Rp com Rs (LR): 9	< Aprox. 40	Limitação de fluxo. Rp com Rs (LR): 296	
		Eventos de ressonância: 698	
IDO Índice de Dessaturação de Oxigênio*: 11	< 5 / h	Número de dessaturações: 55	
Saturação média: 91	94% - 98%	Saturação <= 90%: 81 min. (27%)	
Menor dessaturação: 83	-	Saturação <= 85%: 1 min. (0%)	
Saturação mínima: 83	90% - 98%	Saturação <= 80%: 0 min. (0%)	
Saturação basal: 94	%	Saturação <= 80%: 48 min. (16%)	
		Saturação <= 89%: 17 min. (6%)	
		Saturação <= 88%: 17 min. (6%)	
Frequência de pulso mínima: 59	> 40 bpm		
Frequência de pulso máxima: 66	< 90 bpm		
Frequência de pulso média: 66	bpm		
Proporção de períodos de CSR no período de análise: 0	0%		

Estado da análise: Analisado automaticamente

Parâmetros de análise usados (Padrão)

Apnéia [20%; 10s; 80s; 1.0s; 20%; 60%; 8%]; Hipopnéia [70%; 10s; 100s; 1.0s]; Ronco [6.0%; 0.3s; 3.5s; 0.5s]; Dessaturação [4.0%]; CSR [0.50]

Comentários