


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/12/2025 - 14/01/2026	
Dias de utilização		29/30 dias (97%)	
>= 4 horas		28 dias (93%)	
< 4 horas		1 dias (3%)	
Horas de utilização		217 horas 43 minutos	
Utilização média (total de dias)		7 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/01/2026)		8,229 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22222039489	
Modo		CPAP	
Pressão definida		6 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 13.1	Máximo: 25.2
Eventos por hora	IA: 3.1	IH: 1.1	IAH: 4.2
Índice de apneia	Central: 3.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid 0.0
Índice RERA		0.1	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		2 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039489

Utilização (horas)


Dias de utilização **29/30 (97 %)**
>= 4 horas dias **28 (93 %)**
< 4 horas dias **1 (3 %)**
Dias sem utilização **1 (3 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,5 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **25,2**
% 95.º (méd.) **13,1**
Mediana (méd.) **0,0**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,0**



IAH (eventos/hora)

IAH **4.2**
IH **1.1**
IA **3.1**
IAC **3.0**
IAO **0.0**
IAD **0.0**
RERA **0.1**
%RCS (méd.) **0.4**

