


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/08/2025 - 23/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	236 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 53 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 53 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 45 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/09/2025)	7,392 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039489
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 15.0	Máximo: 28.8	
Eventos por hora	IA: 2.4	IH: 1.0	IAH: 3.4	
Índice de apneia	Central: 2.3	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039489


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

