


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/08/2025 - 23/09/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	227 horas 36 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 35 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 51 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/09/2025)	4,717 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221214433
Modo	CPAP
Pressão definida	6.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 13.4	Máximo: 33.3	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.2	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221214433


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

