


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/09/2025 - 27/10/2025
Dias de utilização	28/28 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	230 horas 57 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 23 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/10/2025)	230 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217434
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 5.4
Eventos por hora	IAH: 2.3

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217434


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

