


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/08/2025 - 17/09/2025
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	201 horas 14 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 27 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/09/2025)	6,983 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22211012353
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 55.3
Eventos por hora	IAH: 2.0

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22211012353


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

