

LOPES SANTANA, ALDEMIR

Relatório de resumo

Data de nasc:	20/12/1945	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	09/02/2026 - 10/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	12/09/2024
ID do paciente:	ALDEMIR LOPES SAN...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J366846701E17				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 09/02/2026 - 10/03/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	09/02/2026 - 10/03/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	25 dias
Dias sem uso do aparelho	5 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	83,3%
Uso acumulado	8 dias 40 min. 43 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9 horas. 5 min. 1 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6 horas. 25 min. 21 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7 horas. 42 min. 25 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5 horas. 18 min. 17 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	83,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	16,7%
Tempo total com soprador	8 dias 40 min. 49 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	2,1
Pressão CPAP	9,5 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 10/03/2026

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	9,5 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

