

Data de nasc:	13/08/1976	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	19/09/2025 - 25/09/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	30/08/2024
ID do paciente:	Dárcie Visan Sant...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J30538283484D				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 19/09/2025 - 25/09/2025

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	19/09/2025 - 25/09/2025 (7 dias)
Dias com uso do aparelho	7 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	2 dias 15horas. 43 min. 49 segundos.
Uso máximo (1 dia)	11horas. 2 min. 51 segundos.
Média de uso (todos os dias)	9horas. 6 min. 15 segundos.
Média de uso (dias de uso)	9horas. 6 min. 15 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5horas. 51 min. 35 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	2 dias 15horas. 44 min. 16 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,0 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	7,8 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,3 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	34 segundos.
Média de IAH	4,3


Definições do Dispositivo a partir de 25/09/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH ₂ O
Pressão máx.	10 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	1
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	2
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

