

Data de nasc:	26/11/1973	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	26/09/2025 - 09/10/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	22/09/2025
ID do paciente:	LUIS CARLOS COLIC...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624677B9D5				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 26/09/2025 - 09/10/2025

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	26/09/2025 - 09/10/2025 (14 dias)
Dias com uso do aparelho	14 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	3 dias 19horas. 6 min. 23 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 8 min. 24 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 30 min. 27 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 30 min. 27 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4horas. 56 min. 54 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	3 dias 19horas. 6 min. 25 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	5,6 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	6,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	7,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	3,0


Definições do Dispositivo a partir de 09/10/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

