


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/09/2025 - 05/10/2025
Dias de utilização	12/15 dias (80%)	
>= 4 horas	11 dias (73%)	
< 4 horas	1 dias (7%)	
Horas de utilização	87 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 52 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/10/2025)	94 horas	

AirCurve 10 VAuto	
Número de série	22221872745
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.5	Percentil 95.º: 8.0	Máximo: 69.8	
Eventos por hora	IA: 1.7	IH: 2.8	IAH: 4.5	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 1.3	Desconhecid	0.1

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirCurve 10 VAuto

NS: 22221872745


Utilização (horas)




Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)




IAH (eventos/hora)




Relatório de terapia

AirCurve 10 VAuto

NS: 22221872745



Ventilação por minuto (l/min)



Day	Max (méd.)	% 95.º (méd.)	Mediana (méd.)
21 Dom	0	0	0
23	18,9	10,6	6,5
25	~10	~8	~7
27	~9	~7	~6
29 Dom	0	0	0
1	~11	~9	~8
3	~10	~8	~7
5 Dom	~10	~8	~7