


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/10/2025 - 21/10/2025
Dias de utilização	13/13 dias (100%)	
>= 4 horas	13 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	93 horas 20 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 11 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 48 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/10/2025)	517 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024693
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 9.5	Percentil 95.º: 36.5	Máximo: 78.1	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.7	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024693

Utilização (horas)

Dias de utilização **13/13 (100 %)**

>= 4 horas dias

13 (100 %)

< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização


0 (0 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)

7,2 h



Fuga (l/min)

Limite definido

24,0 L/min

Máximo (méd.)


78,1

% 95.º (méd.)

36,5

Mediana (méd.)

9,5



Pressão (cmH2O)

Modo

CPAP


Definir EPR

Apenas rampa,

1.0

Pressão definida

7,6



IAH (eventos/hora)

IAH

1.4

IH

0.7

IA

0.7

IAC

0.2

IAO

0.2

IAD

0.3

RERA

0.2

%RCS (méd.)

0.0

