


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/09/2025 - 28/09/2025
Dias de utilização	5/6 dias (83%)	
>= 4 horas	5 dias (83%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	41 horas 37 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 30 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/09/2025)	350 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024693
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4.8 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.6	Percentil 95.º: 9.6	Máximo: 10.4	
Fugas — l/min	Mediana: 13.4	Percentil 95.º: 40.3	Máximo: 85.2	
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 1.6	IAH: 3.2	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024693

