


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/11/2025 - 19/11/2025
Dias de utilização	18/19 dias (95%)	
>= 4 horas	15 dias (79%)	
< 4 horas	3 dias (16%)	
Horas de utilização	88 horas 46 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 40 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 15 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/11/2025)	88 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217570
Modo	CPAP
Pressão definida	9.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 6.1
Eventos por hora	IAH: 0.5

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 CPAP

NS: 22242217570

Utilização (horas)

Dias de utilização **18/19 (95 %)**


>= 4 horas dias **15 (79 %)**

< 4 horas dias **3 (16 %)**

Dias sem utilização **1 (5 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **4,9 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

% 95.º (méd.) **6,1**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **9,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **0.5**

