

DONINI, MARCELO

Relatório de resumo

Data de nasc:	08/12/1969	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	09/09/2025 - 08/10/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	06/11/2024
ID do paciente:	MARCELODONINI8762...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J370665523E30				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 09/09/2025 - 08/10/2025

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	09/09/2025 - 08/10/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	26 dias
Dias sem uso do aparelho	4 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	86,7%
Uso acumulado	7 dias 6horas. 5 min. 6 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 45 min. 36 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 48 min. 10 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 41 min. 44 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 29 min. 13 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	76,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	23,3%
Tempo total com soprador	7 dias 6horas. 5 min. 18 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	2,9
Pressão CPAP	6,5 cmH2O



Definições do Dispositivo a partir de

08/10/2025


Modo do aparelho

CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	6,5 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

