


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/09/2025 - 06/10/2025
Dias de utilização	12/12 dias (100%)	
>= 4 horas	8 dias (67%)	
< 4 horas	4 dias (33%)	
Horas de utilização	50 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 13 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 13 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 14 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/10/2025)	1,495 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.4	Percentil 95.º: 8.3	Máximo: 8.9	
Fugas — l/min	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 21.2	Máximo: 30.6	
Eventos por hora	IA: 2.4	IH: 0.6	IAH: 3.0	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 1.4	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369

Utilização (horas)

Dias de utilização **12/12 (100 %)**

>= 4 horas dias

8 (67 %)


< 4 horas dias

4 (33 %)

Dias sem utilização
0 (0 %)

Dias sem dados
0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)
4,2 h




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.)
30,6

% 95.º (méd.)
21,2

Mediana (méd.)
6,6



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**


Definir pressão máx. **9,0**

Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.)
8,9

% 95.º (méd.)
8,3

Mediana (méd.)
6,4



IAH (eventos/hora)

IAH

IH

IA

IAC

IAO

IAD

RERA

%RCS (méd.)

3.0

0.6

2.4

0.6

1.4

0.3

0.1

0.0

