


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/10/2025 - 27/10/2025
Dias de utilização	9/12 dias (75%)	
>= 4 horas	6 dias (50%)	
< 4 horas	3 dias (25%)	
Horas de utilização	44 horas 54 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 45 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 59 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 58 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/10/2025)	5,488 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291736
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 14.0	Máximo: 30.1	
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 0.5	IAH: 2.1	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid	0.6
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291736


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

