


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/10/2025 - 05/11/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	45 horas 0 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 26 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 26 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 14 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/11/2025)	6,320 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039627
Modo	CPAP
Pressão definida	8.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 2.7	Percentil 95.º: 10.5	Máximo: 17.3	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.4	IAH: 1.6	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039627


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

