

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

24/12/2025 - 22/01/2026

Dias de utilização	26/30 dias (87%)
>= 4 horas	22 dias (73%)
< 4 horas	4 dias (13%)
Horas de utilização	143 horas 31 minutos
Utilização média (total de dias)	4 horas 47 minutos
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 31 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 38 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/01/2026)	6,717 horas


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22222039627
Modo	CPAP
Pressão definida	8.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia

Fugas — l/min	Mediana: 3.0	Percentil 95.º: 15.0	Máximo: 32.3
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.3	IAH: 1.5
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.1		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)		

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039627


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

