

Cappelli Paiva, Juliana

Relatório de resumo

Data de nasc:	05/03/1985	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	05/02/2026 - 06/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	16/10/2025
ID do paciente:	Juliana Cappelli ...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J376243917F4E				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 05/02/2026 - 06/03/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	05/02/2026 - 06/03/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	29 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	96,7%
Uso acumulado	7 dias 2horas. 30 min. 5 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 52 min. 16 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 41 min.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 52 min. 45 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 53 min. 37 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	80,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	20,0%
Tempo total com soprador	7 dias 2horas. 30 min. 18 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,7 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,9 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	1,6




Definições do Dispositivo a partir de 06/03/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Desativado
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

