


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/04/2026 - 04/05/2026
Dias de utilização	21/30 dias (70%)	
>= 4 horas	17 dias (57%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	128 horas 39 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 8 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 0 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/05/2026)	1,074 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217384
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 24.3
Eventos por hora	IAH: 2.3

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217384


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

