


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/01/2026 - 11/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	213 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 7 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 7 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 30 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/02/2026)	2,743 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231696451
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 16.8
Eventos por hora	IAH: 1.1

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22231696451


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

