


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/09/2025 - 14/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	217 horas 26 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 23 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/10/2025)	1,906 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231696451
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 16.4
Eventos por hora	IAH: 1.1

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22231696451


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

