

ANDRE MARCOS RIBEIRO BRAGA JR

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

rinite / sonolência

BANHEIRO

1x

HORA QUE ACORDA

23

HORA QUE DORME

7hr

PRATICA EXERCICIO

fixot.

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

16/10 P = 10.7 cmH₂O

22 IAH = 0.8 l/hr

m. de uso: 6h20', Bem adaptado — fua

31/10 P = 10.2 cmH₂O

22 IAH = 0.4 l/hr

M. de uso: 6hr, Bem adaptado — fua

04/11 P = 10.3

22 IAH = 0.3

M. de uso: 6h19'

Fuga = 13.8 l/hr

fua

05/12 P = 9.7

22 IAH = 0.2

M. de uso: 6:20'

Fuga = 8.6 l/min.

fua

25/01 P = 9.4 cmH₂O

23 IAH = 0.3 e l/hr

M. de uso: 7hr

Fuga = 4.8 l/min.

Feeli 30' caminhada

Relata estar q rinite e houve ↑ da apnéia nesse dias.

fua

07/03 P = 7.0 — 9.0

23 m. de uso: 8hr

IAH = 0.4 e l/hr

Bem adaptado, sem queixas

fua

15/22/05 P = 6.6 cmH₂O

2023 IAH = 0.3 e l/hr

m de uso = 7h40'

fuga = 0.3 l/min.

P = 5 a 10.2

Levenil. 18.9

→ pilates 2x / fortalecimento.

↓ = 5-9.2

07/08
23

P = 8.3 cmH₂O

IAH = 0.1 e/ev

M. de uso: 8h47'

Bem adapt. / fazendo 2x pilates — Jua

08/11
23

P = 8.3

IAH = 0.2

M. de uso: 8h49'

Bem adaptado, sl queixas.

Jua

18/01
24

P = 6.4 cmH₂O (mediana)

IAH = 0.3 e/ev

M. de uso: 8h30'

Bem adaptado,

Peric. = 8.1 e/ev

Jua.

~~trava~~ não acordar p/ ir ao banheiro, melhora
da sonolência diurna. Jua.

17/04
24

P = 5.9 cmH₂O

IAH = 0.1 e/ev

M. de uso: 8h29'

Troquei o filtro

- Sonolência diurna (De manhã)

- 0x banheiro

Jua.

28/06
24

P = 5-9.2 cmH₂O

IAH = 0.1 e/h

M. de uso: 8h12'

- Manter sonolência

diurna

Bem adaptada

Natasha

05/09
24

P = 9.2 cmH₂O

IAH = 0.2 e/ev

M. de uso = 8h31'

Bem adaptado.

Jua.

13/12
24

P = 9.2 cmH₂O

IAH = 0.2 e/ev

M. de uso = 7h38'

fuga = 11.8 lpm

Bem adapt.

Jua.

10/04
25

P = 8.1 cmH₂O

IAH = 0.3 e/ev

M. de uso: 8h49'

oriento sobre a higiene do sono.

Bem adaptado, relata que acordar de manhã,
o sono está reparador. Jua.

10/07
25

P = 6.0 cmH₂O

IAH = 0.1 e/ev

M. de uso: 8h42'

fuga = 0.0 lpm

Bem adaptado, cl sono
reparador.

Troco mass D wear Pillow
Jua.