


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/09/2025 - 30/09/2025
Dias de utilização	11/30 dias (37%)	
>= 4 horas	11 dias (37%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	73 horas 19 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 27 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/09/2025)	4,890 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221836898
Modo	CPAP
Pressão definida	10.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 13.6	Percentil 95.º: 71.0	Máximo: 97.6	
Eventos por hora	IA: 2.6	IH: 3.4	IAH: 6.0	
Índice de apneia	Central: 1.6	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.8
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22221836898

