



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Izabel Siqueira dos Santos

SOLICITADO POR: Dr. Antônio Carlos Zampa

DATA: 30/09/2025

IDADE: 79 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 7h45min, com duração do registro do fluxo durante 7h26min e a avaliação da saturação de O₂ durante 7h21min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 31/hora, sendo 18,4 apneia/hora e 12,6 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 23,9 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 93%, sendo a **média** de 92% e a **mínima** de 86%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 43; **máxima**: 158 bpm (erro?).

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).


CONCLUSÃO:

Registro de aumento acentuado do **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (31/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de dessaturações da oxi-hemoglobina, sendo muitas acentuadas (**índice de dessaturação de oxigênio**: 23,9).

Registraram-se 4412 episódios respiratórios, sendo 9,9 a média por minuto.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 865 eventos de ronco (116 eventos de ronco por hora de sono; considere o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0% do tempo).


Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Relatório de diagnóstico

Detalhes da gravação 30/09/2025

Dispositivo	ApneaLink Air			Tipo:	III
Gravação	Início: 7:41pm	Fim: 3:27am	Duração - h:	7:45	
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 7:51pm	Fim: 3:25am	Duração - h:	7:26	
Avaliação saturação O2	Início: 7:51pm	Fim: 3:27am	Duração - h:	7:21	

Estatísticas


					
Índice de eventos	IER (IAH):	31.0	IA:	18.4	IH: 12.6
Supina	Tempo - h	6:24	Porcentagem:	86.1	
	IER (IAH):	33.2	IA:	20.8	IH: 12.5
Não-supina	Tempo - h	0:03	Porcentagem:	0.9	
	IER (IAH):	15.4	IA:	0.0	IH: 15.4
Em pé	Tempo - h	0:58	Porcentagem:	13.0	
	IER (IAH):	17.5	IA:	4.1	IH: 13.4
Eventos totais	Apneias:	137	Hipopneias:	94	
AI	Obstrutiva:	16.9	Central:	0.9	Mista: 0.5 Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h:	0:00	Porcentagem:	0	
Dessaturação de oxigênio	IDO:	23.9	Total:	176	
% Saturação de oxigênio	Valor inicial:	93	Média:	92	Mais baixo: 86
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%:	15	Sat. <=85%:	0	Sat. <=80%: 0
	Sat. <=88%:	1	Tempo <=88%-h:	0:04	
Respirações	Total:	4412	Média/minuto:	9.9	Ronco: 865
Pulso - bpm	Mín.:	43	Média:	78	Máx.: 158

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos

Posição



Apneias não



Hipopneias



Dessaturação




Cheyne-Stokes

Saturação de

(%)

Valor inicial **93**
Média **92**
Mais baixo **86**



Pulso (bpm)

Mín. **43**
Média **78**
Máx. **158**

